



ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

4 Αυγούστου 2026

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 4853

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 222

Τροποποίηση της υπό στοιχεία 256/21-08-2025 (Β' 4739) απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), περί προσθήκης παραρτήματος στο άρθρο 46 του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας (Ε.Κ.Π.Υ.) (Β' 2106/2025).

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τα άρθρα 21, 22 και 23 του ν. 3918/2011 «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις» (Α' 31).

2. Το άρθρο 8 του ν. 4238/2014 «Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας, αλλαγή σκοπού του ΕΟΠΥΥ και λοιπές διατάξεις» (Α' 38).

3. Την υπό στοιχεία Γ4β/15099/21-03-2023 απόφαση του Υπουργού Υγείας «Συγκρότηση και ορισμός μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΕΟΠΥΥ) (ΝΠΔΔ) - άρθρο 29 του ν. 4931/2022 (Α' 94)» (Υ.Ο.Δ.Δ. 262).

4. Την υπό στοιχεία Γ4β/οικ.: 29044/22-06-2026 απόφαση του Υπουργού Υγείας «Διορισμός του ΖΑΜΑΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ως προσωρινού Διοικητή στον ΕΘΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΕΟΠΥΥ-ΝΠΔΔ)» (Υ.Ο.Δ.Δ. 875).

5. Την παρ. 7 του άρθρου 34 του ν. 4447/2016 (Α' 241), σύμφωνα με την οποία «Ο ΕΟΠΥΥ προσωρινά και μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας ενώπιον της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης δύναται με αποφάσεις του Διοικητικού του Συμβουλίου που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως να καθορίζει ανώτατες τιμές υπηρεσιών υγείας, υλικών επεμβάσεων, οστικών και ενδοαυλικών μοσχευμάτων, θεραπευτικών μέσων και προθέσεων, αναλωσίμων υγειονομικών υλικών, καθώς και σκευασμάτων ειδικής διατροφής».

6. Την υπό στοιχεία 806/804/09-12-2021 απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. «Διάρθρωση των υπηρεσιών του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)» (Β' 6164).

7. Την υπ' αρ. 1201/708/2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. «Αναθεώρηση του πλαισίου Διαδικασιών Εισαγωγής/Καταχώρισης/Διαχείρισης προϊόντων στην εφαρμογή του Μητρώου Αποζημιούμενων Προϊόντων ΕΟΠΥΥ και κατάργηση της υπ' αρ. 1013/694/23-07-2020 απόφασης του Δ.Σ. (Β' 3727)» (Β' 4043).

8. Το άρθρο 46 της υπό στοιχεία ΕΑΛΕ/Γ.Π. 4091/24-04-2025 «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπό στοιχεία ΕΑΛΕ/Γ.Π. 80157/1-11-2018 κοινής απόφασης των Αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών και Υγείας "Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ' αρ. ΕΑΛΕ/Γ.Π. 46846/19-06-2018 (Β' 2315) κοινής υπουργικής απόφασης με περιεχόμενο Ένιαιος Κανονισμός Παροχών Υγείας (Ε.Κ.Π.Υ.) του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ)" (Β' 4898)», (Β' 2106) και την ανάγκη τροποποίησης του παραρτήματος αυτού.

9. Την υπ' αρ. 256/31-08-2025 απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. «Προσθήκη Παραρτήματος στο άρθρο 46 της υπό στοιχεία ΕΑΛΕ/Γ.Π. 4091/24.04.2025 κοινής υπουργικής απόφασης "Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπό στοιχεία ΕΑΛΕ/Γ.Π. 80157/1.11.2018 κοινής απόφασης των Αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών και Υγείας «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπό στοιχεία ΕΑΛΕ/Γ.Π. 46846/19.06.2018 (Β' 2315) κοινής



υπουργικής απόφασης με περιεχόμενο "Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (Ε.Κ.Π.Υ) του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ)"» (Β' 4898)» (Β' 2106)» (Β' 4739).

10. Την υπό στοιχεία Κ.Υ 14175/9-06-2026 επιστολή του Πανελληνίου Συλλόγου Αδειούχων Προθετικών Ορθοτικών που εστάλη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

11. Το υπό στοιχεία ΔΒ3Η/171/01-07-2026 έγγραφο της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού.

12. Το γεγονός ότι η παρούσα δεν αφορά σε διοικητική διαδικασία για την οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώριση στο ΕΜΔΔ - ΜΙΤΟΣ.

13. Το γεγονός ότι οι κατηγορίες παροχής ιατροτεχνολογικών προϊόντων που εμπίπτουν στο άρθρο 46 του Ε.Κ.Π.Υ, εντάσσονται στους κλειστούς προϋπολογισμούς (κλειστό όριο δαπανών) και σε περίπτωση που προκληθεί αύξηση της υποβαλλόμενης δαπάνης των συμβεβλημένων παρόχων, η οποία σχετίζεται με τις παρεχόμενες υπηρεσίες που περιγράφονται στα εν λόγω παραρτήματα, θα προκληθεί ισόποση αύξηση της είσπραξης ποσού από την εφαρμογή του μηχανισμού αυτόματης επιστροφής του άρθρου 100 του ν. 4172/2013, καθώς οι χορηγούμενες παροχές, εντάσσονται σε κλειστούς προϋπολογισμούς. Συνεπώς, δεν προκαλείται επιβάρυνση στο δημοσιονομικό αποτέλεσμα.

14. Την υπό στοιχεία ΔΒ3Η 172/οικ.17944/21.07.2026 έγγραφη εισήγηση της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού.

15. Την προφορική εισήγηση του Προϊστάμενου της ανωτέρω Διεύθυνσης, ο οποίος αιτήθηκε την αυθιμερόν επικύρωση της σχετικής απόφασης.

16. Τη διεξαχθείσα ανταλλαγή απόψεων των μελών και τη σύμφωνη γνώμη τους με την εισήγηση της υπηρεσίας, αποφασίζει:

Α. Την τροποποίηση των εγγραφών α/α 10, 11, 21, 22, 24, 27 του πίνακα 2 του παραρτήματος του άρθρου 46 με την προσθήκη του σχολίου «Παρέχονται έως 2 τμχ σε αμφοτερόπλευρη πάθηση» στο πεδίο «προδιαγραφές - χρήση» των ανωτέρω εγγραφών ως εξής:

A/A	Ανατομική Περιοχή	Υποκατηγορία Μητρώου	Μέγιστη Τιμή αποζημίωσης είδους συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ	Κωδικοί Διαγνώσεων	Αντικατάσταση	Προδιαγραφές - Χρήση
22	ΚΝΗΜΗ - ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗ	Ιατροτεχνολογικά προϊόντα αποκατάστασης και παρακολούθησης νοσημάτων -> Ορθοπεδικά επί παραγγελία -> ΚΗΔΕΜΟΝΑΣ ΚΝΗΜΟΠΟΔΙΚΟΣ ΑΠΟ ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ (ΚΑΤΟΠΙΝ ΛΗΨΕΩΣ ΠΡΟΠΛΑΣΜΑΤΟΣ) ΕΣΩ ΥΠΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΠΕΛΜΑΤΟΣ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΜΨΗΣ-ΕΚΤΑΣΗΣ ΑΚΡΟΥ ΠΟΔΟΣ	258, 00 €	Q66, M21, M24, M25.6, M19G82, G35, G36, G37, G80, G81, G83, Q68, Q74	Το ιατροτεχνολογικό προϊόν αντικαθίσταται ανά 2 έτη.	Από θερμοπλαστικό υλικό. Κατόπιν λήψεως προπλάσματος. Έσω υποδήματος. Με ελατήριο ανύψωσης πέλματος. Χωρίς μεταλλικά αντιστηρίγματα. Με δυνατότητα ρύθμισης κάμψης-έκτασης άκρου ποδός. Παρέχονται έως 2 τμχ σε αμφοτερόπλευρη πάθηση



A/A	Ανατομική Περιοχή	Υποκατηγορία Μητρώου	Μέγιστη Τιμή αποζημίωσης είδους συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ	Κωδικοί Διαγνώσεων	Αντικατάσταση	Προδιαγραφές - Χρήση
21	ΚΝΗΜΗ - ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗ	Ιατροτεχνολογικά προϊόντα αποκατάστασης και παρακολούθησης νοσημάτων -> Ορθοπεδικά επί παραγγελία -> ΚΗΔΕΜΟΝΑΣ ΚΝΗΜΟΠΟΔΙΚΟΣ ΜΕ ΑΤΕΡΜΟΝΑ ΚΟΧΛΙΑ ΓΙΑ ΙΠΠΟΠΟΔΙΑ	312, 00 €	Q66, M21, M24, M25.6, M19, G82, G35, G36, G37, G80, G81, G83, Q68, Q74	Το ιατροτεχνολογικό προϊόν αντικαθίσταται ανά 2 έτη.	Από θερμοπλαστικό υλικό. Με ειδική επένδυση και ιμάντες σταθεροποίησης. Παρέχονται έως 2 τμχ σε αμφοτερόπλευρη πάθηση
10	ΚΑΤΩ ΑΚΡΑ - ΜΗΡΟΣ	Ιατροτεχνολογικά προϊόντα αποκατάστασης και παρακολούθησης νοσημάτων -> Ορθοπεδικά επί παραγγελία -> ΚΗΔΕΜΟΝΑΣ ΜΗΡΟΚΝΗΜΟΠΟΔΙΚΟΣ (ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΓΟΝΑΤΟΣ -ΤΥΠΟΥ CLETZAK - ΤΙΤΑΝΙΟ)	950, 00 €	G81, G80.0, G83, S76, Q68.2, M25, M21, Q74.1, B91, G82, G35, G36, G37, Q72.5	Το ιατροτεχνολογικό προϊόν αντικαθίσταται ανά 2 έτη.	Κηδεμόνας που καλύπτει το μηρό, το γόνατο και τον αστράγαλο, παρέχοντας στήριξη και έλεγχο κίνησης στο κάτω άκρο. Με ασφάλεια γόνατος. Με ποδοκνημική άρθρωση τύπου CLETZAK από τιτάνιο. Παρέχονται έως 2 τμχ σε αμφοτερόπλευρη πάθηση
11	ΚΑΤΩ ΑΚΡΑ - ΜΗΡΟΣ	Ιατροτεχνολογικά προϊόντα αποκατάστασης και παρακολούθησης νοσημάτων -> Ορθοπεδικά επί παραγγελία -> ΚΗΔΕΜΟΝΑΣ ΜΗΡΟΚΝΗΜΟΠΟΔΙΚΟΣ (ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΡΘΡΩΣΗ ΓΟΝΑΤΟΣ - ΤΥΠΟΥ CLETZAK - ΤΙΤΑΝΙΟ)	950, 00 €	S76, Q68.2, M25, M21, Q74.1, B91, G82, G35, G36, G37	Το ιατροτεχνολογικό προϊόν αντικαθίσταται ανά 2 έτη.	Κηδεμόνας που καλύπτει το μηρό, το γόνατο και τον αστράγαλο, παρέχοντας στήριξη και έλεγχο κίνησης στο κάτω άκρο. Με ελεύθερη άρθρωση γόνατος. Με ποδοκνημική άρθρωση τύπου CLETZAK από τιτάνιο. Παρέχονται έως 2 τμχ σε αμφοτερόπλευρη πάθηση
12	ΚΑΤΩ ΑΚΡΑ - ΜΗΡΟΣ	Ιατροτεχνολογικά προϊόντα αποκατάστασης και παρακολούθησης νοσημάτων -> Ορθοπεδικά επί παραγγελία -> ΜΗΡΟΚΝΗΜΟΠΟΔΙΚΟΣ ΚΗΔΕΜΟΝΑΣ (ΑΠΟ ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΛΗΨΗ ΓΥΨΙΝΟΥ ΠΡΟΠΛΑΣΜΑΤΟΣ)	900, 00 €	G81, G80.0, G83, S76, Q68.2, M25, M21, Q74.1, B91, G82, G35, G36, G37	Το ιατροτεχνολογικό προϊόν αντικαθίσταται ανά 2 έτη.	Κηδεμόνας από θερμοπλαστικό υλικό με μεταλλικά αντιστηρίγματα από κράμα αλουμινίου. Με άρθρωση και ασφάλεια γόνατος και άρθρωση ποδοκνημική. Έσω ή έξω υποδήματος με ελατήριο ανύψωσης πέλματος. Παρέχονται έως 2 τμχ σε αμφοτερόπλευρη πάθηση



A/A	Ανατομική Περιοχή	Υποκατηγορία Μητρώου	Μέγιστη Τιμή αποζημίωσης είδους συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ	Κωδικοί Διαγνώσεων	Αντικατάσταση	Προδιαγραφές - Χρήση
27	ΑΚΡΟ ΠΟΔΙΟΥ	Ιατροτεχνολογικά προϊόντα αποκατάστασης και παρακολούθησης νοσημάτων -> Ορθοπεδικά επί παραγγελία -> ΠΕΛΜΑ ΔΙΑΒΗΤΗ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΟ	34, 00 €	E10.4, E10.5, E11.4, E11.5, E12.4, E12.5, E13.4, E13.5, E14.4, E14.5, M14.6	Το ιατροτεχνολογικό προϊόν αντικαθίσταται ανά 1 έτος.	Τα εξατομικευμένα πέλματα διαβήτη θα πρέπει να επιτυγχάνουν μείωση τουλάχιστον κατά 28-30% των ασκούμενων πελματιαίων πιέσεων, το οποίο θα αποδεικνύεται με συγκριτική ανάλυση βάδισης και καταγραφή στατικών και δυναμικών πιέσεων πριν και μετά την κατασκευή τους. Να έχουν πάχος Τουλάχιστον 10 mm, προκειμένου να αποφορτίζουν αποτελεσματικά καθώς και να υπάρχει δυνατότητα επεξεργασίας τους στα σημεία όπου υπάρχουν τοπικά υψηλές πιέσεις. Να είναι κατασκευασμένα από υλικά πολυμερή και πολυουρεθάνες διαφόρων πυκνοτήτων εγκεκριμένα με πιστοποίηση για την καταλληλότητα και την τοξικότητά τους σε έναν από τους παρακάτω συνδυασμούς: 1. Συνδυασμός EVA 25 με EVA 18 με επίστρωση 2. Συνδυασμός Multiforte 40 με Plastocom 20 ή 18 με επίστρωση 3. Συνδυασμός Multiform 50 με Multiform 40 με επίστρωση Να διαθέτει μια από τις παρακάτω επιστρώσεις: Θερμοπλαστικό PU αφρώδες, Plastocom 18, Arufoam supersoft, Επιστρώσεις με ιόντα αργύρου ενδεδειγμένες για διαβητικό πόδι, Multiform antibacterial Στα σημεία υψηλών πιέσεων τοπικά χρήση αφρώδων υλικών Arufoam 14, medifoam 14. Παρέχονται έως 2 τμχ σε αμφοτερόπλευρη πάθηση



A/A	Ανατομική Περιοχή	Υποκατηγορία Μητρώου	Μέγιστη Τιμή αποζημίωσης είδους συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ	Κωδικοί Διαγνώσεων	Αντικατάσταση	Προδιαγραφές - Χρήση
24	ΚΝΗΜΗ - ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗ	Ιατροτεχνολογικά προϊόντα αποκατάστασης και παρακολούθησης νοσημάτων -> Ορθοπαιδικά επί παραγγελία -> ΚΗΔΕΜΟΝΑΣ ΚΝΗΜΟΠΟΔΙΚΟΣ ΑΠΟ ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ (ΚΑΤΟΠΙΝ ΛΗΨΕΩΣ ΠΡΟΠΛΑΣΜΑΤΟΣ) ΕΣΩ ΥΠΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕ Ή ΧΩΡΙΣ ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΠΕΛΜΑΤΟΣ	232, 00 €	Q66, M21, M24, M25.6, M19, G82, G35, G36, G37, G80, G81, G83, Q68, Q74	Το ιατροτεχνολογικό προϊόν αντικαθίσταται ανά 2 έτη.	Κηδεμόνας για τη σταθεροποίηση και υποστήριξη της ποδοκνημικής άρθρωσης. Από θερμοπλαστικό υλικό κατόπιν λήψεως προσπάσματος. Έσω υποδήματος. Παρέχονται έως 2 τμχ σε αμφοτερόπλευρη πάθηση

Β. Την προσθήκη νέας κατηγορίας ιατροτεχνολογικού προϊόντος αποκατάστασης στα είδη επί παραγγελία του πίνακα 2 του παραρτήματος του άρθρου 46 του ΕΚΠΥ ως εξής:

A/A	Ανατομική Περιοχή	Υποκατηγορία Μητρώου	Μέγιστη Τιμή αποζημίωσης είδους συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ	Κωδικοί Διαγνώσεων	Αντικατάσταση	Προδιαγραφές - Χρήση
121	ΚΕΦΑΛΗ	Ιατροτεχνολογικά προϊόντα αποκατάστασης και παρακολούθησης νοσημάτων -> Ορθοπαιδικά επί παραγγελία -> ΤΕΧΝΗΤΟΣ ΟΦΘΑΛΜΟΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΛΗΨΗΣ ΕΚΜΑΓΕΙΟΥ	2000, 00 €	Q11, S05, C69	Το ιατροτεχνολογικό προϊόν χορηγείται σε δικαιούχους έως 6 ετών ανά 6 μήνες ως 12 ετών ανά 1 έτος. Σε δικαιούχους από 13 έως 18 ετών αντικαθίσταται ανά 2 έτη και σε ενήλικες ανά 5 έτη.	Υλικό κατασκευής Ακρυλική ρητίνη (PMMA). Λήψη εκμαγείου

Γ. Την τροποποίηση του πεδίου «Αντικατάσταση» στις εγγραφές με α/α 73, 74 και 75 του πίνακα 2 του παραρτήματος του άρθρου 46 από «Το ιατροτεχνολογικό προϊόν χορηγείται στους δικαιούχους έως 16 ετών ανά 2 έτη» στο ορθό «Το ιατροτεχνολογικό προϊόν αντικαθίσταται ανά 2 έτη» ως εξής

A/A	Ανατομική Περιοχή	Υποκατηγορία Μητρώου	Μέγιστη Τιμή αποζημίωσης είδους συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ	Κωδικοί Διαγνώσεων	Αντικατάσταση	Προδιαγραφές - Χρήση
23	ΠΥΕΛΟΣ - ΙΣΧΙΑ	Ιατροτεχνολογικά προϊόντα αποκατάστασης και παρακολούθησης νοσημάτων-> Ορθοπαιδικά -> ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΙΣΧΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΜΕ ΓΩΝΙΟΜΕΤΡΟ	300, 00 €	M16, S72, S73, Z96.6, T93.1	Το ιατροτεχνολογικό προϊόν αντικαθίσταται ανά 2 έτη	Να διαθέτει ρύθμιση καθ ύψος και μηχανισμό καμψης -έκτασης με γωνιόμετρο.
25	ΠΥΕΛΟΣ - ΙΣΧΙΑ	Ιατροτεχνολογικά προϊόντα αποκατάστασης και παρακολούθησης νοσημάτων-> Ορθοπαιδικά -> ΚΗΔΕΜΟΝΑΣ ΓΙΑ ΥΠΟΤΡΟΠΙΑΖΟΝ ΕΞΑΡΘΡΗΜΑ ΙΣΧΙΟΥ	88, 00 €	M16, S72, S73, Z96.6, T93.1	Το ιατροτεχνολογικό προϊόν αντικαθίσταται ανά 2 έτη	Κατασκευή από νεοπρένιο.



Δ. Την τροποποίηση του πεδίου «Αντικατάσταση» στις εγγραφές με α/α 73, 74 και 75 του πίνακα 2 του παραρτήματος του άρθρου 46 από «Το ιατροτεχνολογικό προϊόν χορηγείται στους δικαιούχους έως 16 ετών ανά 2 έτη» στο ορθό «Το ιατροτεχνολογικό προϊόν χορηγείται στους δικαιούχους έως 16 ετών ανά 6 μήνες, άνω των 16 ετών ανά 2 έτη» ως εξής:

A/A	Ανατομική Περιοχή	Υποκατηγορία Μητρώου	Μέγιστη Τιμή αποζημίωσης είδους συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ	Κωδικοί Διαγνώσεων	Αντικατάσταση	Προδιαγραφές - Χρήση
73	ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ - ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ	Ιατροτεχνολογικά προϊόντα αποκατάστασης και παρακολούθησης νοσημάτων -> Ορθοπεδικά επί παραγγελία -> ΠΡΟΘΕΣΗ ΤΥΠΟΥ SYME-PIROGOFF	1.725, 00 €	S78, S88, T13.6, Q72, Q73, Q72.0, Q72.1, Q72.2, Q72.3, Q72.4, Q72.8, Q72.9, Q73	Το ιατροτεχνολογικό προϊόν χορηγείται στους δικαιούχους έως 16 ετών ανά 6 μήνες, άνω των 16 ετών ανά 2 έτη	Από ρητίνη.
74	ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ - ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ	Ιατροτεχνολογικά προϊόντα αποκατάστασης και παρακολούθησης νοσημάτων -> Ορθοπεδικά επί παραγγελία -> ΠΡΟΘΕΣΗ LISFRANK ΜΕ ΠΕΛΜΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ	3.378, 00 €	S98, Q73, Q72, Q73, Q72.0, Q72.1, Q72.2, Q72.3, Q72.4, Q72.8, Q72.9	Το ιατροτεχνολογικό προϊόν χορηγείται στους δικαιούχους έως 16 ετών ανά 6 μήνες, άνω των 16 ετών ανά 2 έτη	
75	ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ - ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ	Ιατροτεχνολογικά προϊόντα αποκατάστασης και παρακολούθησης νοσημάτων -> Ορθοπεδικά επί παραγγελία -> ΠΡΟΘΕΣΗ CHOPAR	1.437, 00 €	S78, S88, T13.6, Q73, Q72, Q73, Q72.0, Q72.1, Q72.2, Q72.3, Q72.4, Q72.8, Q72.9	Το ιατροτεχνολογικό προϊόν χορηγείται στους δικαιούχους έως 16 ετών ανά 6 μήνες, άνω των 16 ετών ανά 2 έτη	Από ρητίνη.



Ε. Την τροποποίηση του πεδίου «Ανατομική Περιοχή» στις εγγραφές α/α 116, 117, 118 και 119 του Πίνακα 2 του Παραρτήματος του άρθρου 46 από: «ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ - ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΑΝΩ ΑΚΡΩΝ» στο ορθό «ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ - ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ», ως εξής:

A/A	Ανατομική Περιοχή	Υποκατηγορία Μητρώου	Μέγιστη Τιμή αποζημίωσης είδους συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ	Κωδικοί Διαγνώσεων	Αντικατάσταση	Προδιαγραφές - Χρήση
116	ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ - ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ	Ιατροτεχνολογικά προϊόντα αποκατάστασης και παρακολούθησης νοσημάτων -> Ορθοπεδικά επί παραγγελία-> ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΡΘΡΩΣΗ ΓΟΝΑΤΟΣ τύπου C - leg 4/REO KNEE (περιλαμβάνεται το κάλυμμα)	Η παροχή θα χορηγείται μετά τον καθορισμό της μέγιστης τιμής αποζημίωσης από την Επιτροπή Διαπραγμάτευσης	S78, S88, T13.6, Q73, Q72, Q73, Q72.0, Q72.1, Q72.2. Q72.3, Q72.4, Q72.8, Q72.9	Το ιατροτεχνολογικό προϊόν χορηγείται άπαξ και δεν αντικαθίσταται. Απαιτείται έγκριση από αρμόδιο υγειονομικό όργανο με απόφαση του Δ.Σ	Μικροεπεξεργαζόμενο (MPK - Microprocessor-Controlled Knee). Αισθητήρες κίνησης, αυτόματη ανίχνευση φάσης βάδισης. Ρύθμιση για διαφορετικά μοτίβα βάδισης ανάβασης/καθόδου σκάλας και κατωφέρειας Stumble Recovery system: μηχανισμός αποφυγής πτώσης (με γρήγορο μπλοκάρισμα γόνατος σε περίπτωση σκοντάμματος) Standing Function: σταθερότητα σε όρθια θέση με φυσική κατανομή βάρους Επαναφορτιζόμενη μπαταρία Li-Ion Bluetooth για παραμετροποίηση μέσω Cockpit App (iOS/Android) Δυνατότητα παραμετροποίησης για προφίλ χρήστη, επίπεδο δραστηριότητας, τρόπου βάδισης Κατάλληλο για χρήση με διάφορους τύπους ποδών Υψηλής αντοχής υλικά (αλουμίνιο, τιτάνιο, ανθρακονήματα) Στεγανότητα: IP67 (αδιάβροχο, κατάλληλο για σύντομη βύθιση σε νερό)
117	ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ - ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ	Ιατροτεχνολογικά προϊόντα αποκατάστασης και παρακολούθησης νοσημάτων -> Ορθοπεδικά επί παραγγελία->βαλβίδα εξάερωσης βεντούζας	Η παροχή θα χορηγείται μετά τον καθορισμό της μέγιστης τιμής αποζημίωσης από την Επιτροπή Διαπραγμάτευσης	S78, S88, T13.6, Q73, Q72, Q73, Q72.0, Q72.1, Q72.2. Q72.3, Q72.4, Q72.8, Q72.9	Το ιατροτεχνολογικό προϊόν αντικαθίσταται ανά 5 έτη.	



118	ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ - ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ	Ιατροτεχνολογικά προϊόντα αποκατάστασης και παρακολούθησης νοσημάτων -> Ορθοπεδικά επί παραγγελία-> θήκη μηρού ή κνήμης εσωτερική από εύκαμπτο μαλακό υλικό	Η παροχή θα χορηγείται μετά τον καθορισμό της μέγιστης τιμής αποζημίωσης από την Επιτροπή Διαπραγμάτευσης	578, S88, T13.6, Q73, Q72, Q73, Q72.0, Q72.1, Q72.2, Q72.3, Q72.4, Q72.8, Q72.9	Το ιατροτεχνολογικό προϊόν αντικαθίσταται ανά 5 έτη.	
119	ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ - ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ	Ιατροτεχνολογικά προϊόντα αποκατάστασης και παρακολούθησης νοσημάτων -> Ορθοπεδικά επί παραγγελία->αφρώδης επικάλυψη ΠΕΛΜΑΤΟΣ	Η παροχή θα χορηγείται μετά τον καθορισμό της μέγιστης τιμής αποζημίωσης από την Επιτροπή Διαπραγμάτευσης	578, S88, T13.6, Q73, Q72, Q73, Q72.0, Q72.1, Q72.2, Q72.3, Q72.4, Q72.8, Q72.9	Το ιατροτεχνολογικό προϊόν αντικαθίσταται ανά 5 έτη.	
120	ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ - ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ	Ιατροτεχνολογικά προϊόντα αποκατάστασης και παρακολούθησης νοσημάτων -> Ορθοπεδικά επί παραγγελία->ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΕΝΟΥ ΑΕΡΟΣ	Η παροχή θα χορηγείται μετά τον καθορισμό της μέγιστης τιμής αποζημίωσης από την Επιτροπή Διαπραγμάτευσης	578, S88, T13.6, Q73, Q72, Q73, Q72.0, Q72.1, Q72.2, Q72.3, Q72.4, Q72.8, Q72.9	Το ιατροτεχνολογικό προϊόν αντικαθίσταται ανά 5 έτη. Απαιτείται έγκριση από αρμόδιο υγειονομικό όργανο με απόφαση του Δ.Σ	Μηχανική αντλία δημιουργίας κενού μεταξύ του θύλακα και του τεχνητού μέλους, εξασφαλίζοντας σταθερό και ασφαλές κράτημα της πρόθεσης, αποτρέποντας την ανεπιθύμητη κίνηση μέσα στον θύλακα. Να αντέχει σε έως 150 Kg βάρος χρήστη. Να διαθέτει ενσωματωμένη απορρόφηση των κραδασμών και στρεπτικών δυνάμεων. Να είναι κατασκευασμένη από αλουμίνιο/τιτάνιο, για αυξημένη αντοχή και μικρό βάρος.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 23 Ιουλίου 2026

Ο Πρόεδρος

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΑΜΑΝΗΣ

